

南京信息工程大学文件

设发〔2021〕5号

关于全校实验室安全检查情况的通报

根据省委教育工作领导小组组织召开的“学校实验室及危险化学品安全工作紧急会议”要求，2021年10月25日-27日，对标《高等学校实验室安全检查项目表（2021）》条款项，学校组织2支安全检查组对学校实验室开展以危险化学品管理为重点的安全检查。

在检查过程中共发现安全隐患152处。其中，实验场所方面47处、用电安全34处、消防安全11处、气瓶安全17处、化学品安全36处、特种设备与常规冷热设备安全7处。现将安全检查情况通报如下：

一、情况通报

应用气象学院：隐患数23项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
----	-----	-----	------	-----	------

尚贤楼	708	刘洁	实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
尚贤楼	810	李永秀	毒性试剂无台账、未上锁	8.8.1	化学安全
尚贤楼	817	吴春发	气瓶固定不规范	8.5.2	气瓶安全
尚贤楼	8楼走道	李永秀	放置实验样品, 阻挡应急喷淋	6.2.2	消防安全
尚贤楼	803	乔云发	实验室电线裸露, 无线槽或护套	7.1.8	用电安全
尚贤楼	804	李仁英	化学废弃物未整理、杂乱堆放	8.7.3	化学安全
尚贤楼	708	刘洁	实验室无安全日志	5.2.3	实验场所
农试站	205	徐江兵	1.配制的溶液、样品等没有及时张贴规范的标签	8.8.1	化学安全
			2.气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全
			3.化学品清单与实物不符合	8.8.1	化学安全
			4.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
农试站	207	姜运生	1.气瓶固定不规范, 无台账	8.5.2	气瓶安全
			2.急救药箱放置不易取	5.2.2	实验场所
农试站	107	韩小梅	气瓶台账不规范	8.5.2	气瓶安全
农试站	106	江晓东	1. 实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
			2. 危化品未入柜	8.8.1	化学安全
农试站	103	韩小梅	易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
农试站	102	罗小三	1.危化品未入柜	8.8.1	化学安全
			2.消防器材箱上放置杂物	6.1.1	消防安全
文德楼	S101	王琪	1.低温设备无警示标识	12.4.4	特种设备与常规冷热设备安全
			2.化学废弃物无指定位置、放置不当	8.7.2	化学安全
			3.配电箱被遮挡	7.1.1	用电安全
			4.灭火器数量不足	6.3.1	消防安全

大气物理学院：隐患数 6 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
文德楼	N103A	陈魁	1.气瓶有效使用期已过,标识	8.5.2	气瓶安全

			卡信息不全		
			2.高温设备无安全防护	12.4.2	特种设备与常规冷热设备安全
			3.管制类化学品试剂柜锁坏	8.5.3	化学安全
文德楼	N103B	陈魁	气瓶有效使用期已过,标识卡信息不全	8.5.2	气瓶安全
文德楼	S104	楚志刚	1.实验室插座脱落	7.1.1	用电安全
			2. 未定期打扫实验室, 实验室卫生脏乱差、杂物堆积	5.2.2	实验场所

遥感与测绘工程学院：隐患数 3 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
北辰楼	120	高盛蓓	实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
北辰楼	103	高盛蓓	1.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
			2.实验室内有电动车电源	7.1.1	用电安全

水文与水资源工程学院：隐患数 1 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
文德楼	N521	张小辉	大型仪器无专用插座	7.1.2	用电安全

海洋科学学院：隐患数 3 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
文德楼	S420	吕海燕	未定期打扫实验室, 实验室卫生脏乱差、实验室有躺椅	5.2.2	实验场所
文德楼	S310	石一	实验室内有烧水壶	7.1.1	用电安全
学科 1#	S101	任慧军	配电箱下摆放试剂柜	7.1.1	用电安全

环境科学与工程学院：隐患数 24 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
学科 1#	N301	邱慧黄琼	1.管式炉无隔热保护, 无高温标识	12.4.2	特种设备与常规冷热设备安全
			2.消防通道堵塞	6.2.2	消防安全
学科 1#	N305	刘大刚	1.实验物品摆放杂乱无章	5.2.2	实验场所

			2.手机（充电宝）等电器充电完毕后，充电器未及时拔出	7.1.1	用电安全
			3.未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差、杂物堆积	5.2.2	实验场所
学科 1#	N312	盖鑫磊	1.易制爆台账记录不规范	8.2.1	化学安全
			2.多个接线板串联使用	7.1.1	用电安全
			3.气瓶无标识卡，未固定	8.5.2	气瓶安全
学科 1#	N309-1	左晓俊	1.超低温设备无警示标识	12.4.2	特种设备与常规冷热设备安全
			2.灭火器未放置取用方便的地点	6.1.1	消防安全
学科 1#	N316	滕飞	1.学习区冰箱存放化学试剂	8.8.1	化学安全
			2.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
学科 1#	N318	滕飞	1.管制类试剂未及时入柜，未按照分类规则，随意放置危化品	8.8.1	化学安全
			2.实验区与学习区未严格分开	5.2.1	实验场所
			3.气瓶无标识卡，固定不规范	8.5.2	气瓶安全
学科 1#	N403	方昊 王壮 王瑟	实验用水未及时张贴规范的标签	8.8.1	化学安全
学科 1#	N408	陈凯	未按照分类规则，危化品放置、储存不规范	8.8.1	化学安全
学科 1#	S405	黄潇 吴浩博	1.配电箱下放置冰柜	7.1.1	用电安全
			2.消防通道堵塞	6.2.2	消防安全
学科 1#	S416	张帅	1.配电箱下面放置仪器，不便于操作	7.1.1	用电安全
			2.插线板放置窗户下面,有被雨淋风险	7.1.1	用电安全
学科 1#	N501	徐晶晶	配电箱下面放置物品，不便于操作	7.1.1	用电安全
学科 1#	N308	谢鸣捷	气瓶有效使用期已过	8.5.2	气瓶安全
学科 1#	N111	黎飞虎	高温设备下放置木架	12.4.2	特种设备与常规冷热设备安全

自动化学院：隐患数 14 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
学科 3#	S504	闫胜业	1.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
			2.未定期清理实验室，杂物堆积	5.2.2	实验场所
学科 3#	S510	夏旻	1.未定期清理实验室，杂物堆积，废旧电脑堆放	5.2.2	实验场所
			2.消防通道堵塞	6.2.2	消防安全
学科 3#	S511	杨春霞	实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
学科 3#	S522	臧强	实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
学科 3#	S409	周旺平	未定期清理实验室，实验室放置被子和枕头	5.2.2	实验场所
学科 3#	S410	周旺平	实验室无安全信息牌	5.1.1	实验场所
学科 3#	S407	叶小岭	未定期清理实验室，放置折叠床	5.2.2	实验场所
学科 3#	S406	张凯	1.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
			2.配电箱面板盖板脱落	7.1.1	用电安全
			3.未定期清理实验室，放置折叠床	5.2.2	实验场所
学科 3#	S209	邱晓惠	实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
学科 3#	S205	邱晓惠	实验记录不完整	5.1.1	实验场所

电子与信息工程学院：隐患数 17 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
学科 2#	N102	潘江涌	1.实验室气瓶未固定，无标识卡	7.1.1	用电安全
			2.消防通道堵塞	6.2.2	消防安全
			3.化学试剂未入柜	8.2.2	化学安全
学科 2#	N503	陈苏婷	未定期清理实验室，放置折叠床	5.2.2	实验场所
学科 2#	N512	李鹏（小）	配电箱下放置物品，不便于操作	7.1.1	用电安全

学科 2#	N507	季鑫源	配电箱下放置物品，不便于操作	7.1.1	用电安全
学科 2#	N314	刘清倦	配电箱下放置物品，不便于操作	7.1.1	用电安全
学科 2#	N409	倪海彬	1.管制类试剂与普通试剂混放	8.2.3	化学安全
			2.配电箱下放置桌子及大量实验用品	7.1.1	用电安全
			3.管制类化学试剂台账记录不规范	8.2.1	化学安全
学科 2#	C402	何军	1.未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差	5.2.2	实验场所
			2.房门敞开，无人值守	5.1.4	实验场所
学科 2#	C510	张加宏	未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差,杂物堆积	5.2.2	实验场所
学科 2#	C410	胡昭华	未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差,杂物堆积	5.2.2	实验场所
学科 2#	N506	李鹏（小）	实验室开关未固定，存在脱落风险	7.1.1	用电安全
学科 2#	N403	杜景林	未定期清理实验室，放置折叠床	5.2.2	实验场所
微波楼	201	周勇	多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全

计算机与软件学院：隐患数 18 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
计算机楼	202	张小瑞	1.实验室有烧水壶	7.1.1	用电安全
			2.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全
			3.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
			4.实验室无安全日志	5.2.3	实验场所
长望楼附楼	203	许至奋	1.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全
			2.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
			3.未定期打扫实验室，实验室卫生脏乱差,杂物堆积	5.2.2	实验场所
			4.消防通道堵塞	6.2.2	消防安全
长望楼附楼	207	田青	1.配电箱盖板脱落	7.1.1	用电安全
			2.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所

			3.未定期打扫实验室,实验室卫生脏乱差,杂物堆积	5.2.2	实验场所
			4.实验室无安全日志	5.2.3	实验场所
计算机楼	216	顾彬	1.实验室无安全日志	5.2.3	实验场所
			2.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全
			3.实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所
计算机楼	210	张佩云	1.实验室内有电动车电源	7.1.1	用电安全
			2.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全
			3.实验室无安全责任人	5.1.1	实验场所

数学与统计学院：隐患数 1 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
藕舫楼	718	费文龙	实验室内有折叠床	5.2.2	实验场所

物理与光电工程学院：隐患数 1 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
藕舫楼	406	毛雅亚	实验室电源旁放置大量生活用品	5.2.2	实验场所

化学与材料学院：隐患数 36 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
逸夫楼	N303	董升阳	1.消防通道堵塞	6.2.2	消防安全
			2.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
逸夫楼	N302	李敬发	1.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			2.易制爆试剂未放入指定试剂柜	8.2.1	化学安全
			3.冰箱内试剂倒放	8.2.1	化学安全
			4.气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全
			5.多台仪器运转,无人值守	7.1.1	用电安全
逸夫楼	N306	郭永明	1.危化品未按规定入试剂柜	8.2.1	化学安全
			2.仪器运转,无人值守	7.1.1	用电安全
逸夫楼	N307	朱冬冬	1.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			2.气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全

逸夫楼	N309	欧昌金	1.仪器运转，无人值守	7.1.1	用电安全
			2.气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全
逸夫楼	N308	吴红艳	1.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			2.实验人员未着实验防护服	7.2.1	化学安全
逸夫楼	N313	张磊	1.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			2.气瓶无标识卡	8.5.2	气瓶安全
逸夫楼	N315	张譞	1.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
			2.气瓶无标识卡，未固定	8.5.2	气瓶安全
			3.易燃化学品存放超量	8.2.1	化学安全
			4.学生私自借用气瓶使用	8.5.2	气瓶安全
逸夫楼	N216	刘战辉	危险化学品未入柜	8.2.1	化学安全
逸夫楼	N213	刘战辉	急救箱内部分药品过期	5.2.2	实验场所
逸夫楼	N211	刘战辉	1.无人看管的情况下长时间开启用电设备	7.1.1	用电安全
			2.气瓶旁放置高温、加热设备	8.5.2	气瓶安全
			3.气瓶未固定、无标识卡	8.5.2	气瓶安全
			4.仪器使用无记录	5.2.2	实验场所
逸夫楼	N203	邵高峰	1.实验试剂无标签	8.8.1	化学安全
			2.易制爆台账记录不规范	8.8.1	化学安全
学科 1#	N512	李俊	配电箱下摆放物品，不易操作	7.1.1	用电安全
学科 1#	N507	杭烨超	管制类试剂柜未上锁	8.2.1	化学安全
学科 1#	S518	宋明霞	高温仪器未使用专用插座	12.4.2	特种设备与常规冷热设备安全
学科 1#	S502	陈苏敏	1.实验完成，管制类试剂未及时入柜	8.2.1	化学安全
			2.实验室化学试剂使用无交接台账，责任不明确	8.8.1	化学安全
学科 1#	S406	郭彦	1.马弗炉高温设备放置位置不合理	12.4.2	特种设备与常规冷热设备安全
			2.多个接线板串联使用	7.1.4	用电安全

法政学院：隐患数 2 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
阅江楼	125	李晓岑	易制爆化学品台账记录不规范	8.8.1	化学安全
阅江楼	647	乔治	实验室内存放食物和饮食现象	5.2.2	实验场所

艺术学院：隐患数 3 项

楼宇	房间号	责任人	隐患描述	条款项	隐患类型
逸夫楼	C404	曹爱华	1.消防通道狭窄	6.2.2	消防安全
			2.实验室有躺椅	5.2.2	实验场所
逸夫楼	N520	李鑫慧	无灭火器材	5.1.3	实验场所

二、整改要求及时间节点

1. 各学院（单位）对照《高等学校实验室安全检查项目表（2021）》（附件1），对检查中发现的问题建立安全隐患台账，及时整改，做好整改报告（含整改前后的对比图片，见附件2）；

2. 请各学院（单位）于2021年11月1日前完成整改，并将整改报告（学院主要领导签字、学院盖章）交于实验室安全管理科（行政楼631），电子版发至邮箱：sak@nuist.edu.cn。

三、工作要求

1. 严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”原则，将责任层层落实到岗位、落实到人头、贯通到各个环节，牢固树立“隐

患就是事故”的观念，坚决做到“把风险防控挺在隐患前边、把隐患排查治理挺在事故前面”，有效防范安全事故发生；

2. 坚持“举一反三”，对标《高等学校实验室安全检查项目表（2021）》，各学院（单位）对所辖实验室进行全方位、立体式、拉网式安全隐患排查整治，切实做到家底清、情况明，努力把“看不到”、“想不到”、“不知道”的问题纳入视线，逐项明确隐患整改要求、时间节点与负责人员，实行闭环管理，真正把实验室安全工作做扎实、做到位；

3. 切实落实安全措施，完善安全事故应急预案，加强安全知识培训与教育，坚决落实实验室安全准入制度；提升实验室安全工作的规范性和有效性，强化安全风险防控意识和能力，有效预防和坚决遏制实验室安全事故发生。

联系人：刘老师，联系电话：58695682，邮箱：
sak@nuist.edu.cn。

附件 1：高等学校实验室安全检查项目表（2021）

附件 2：南京信息工程大学实验室安全隐患整改报告（样式）

南京信息工程大学
实验室与设备管理处
2021 年 10 月 29 日